



Miłoradz, 10 maja 2013 r.

L.dz. R.270.27.2013

## **Wszyscy wykonawcy uczestniczący w przetargu**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i instalację sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu (numer ogłoszenia: 65955 - 2013)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od wykonawcy. Zamawiający udziela odpowiedzi, jak niżej.

#### **Pytanie dot. wagi niemowlęcej**

Czy zamawiający nie popełnił omyłki odnośnie dokładności wagi. Standardowe wagi mają dokładność 5-10 g.

Czy zamawiający dopuści wagę niemowlęcą z dokładnością 10 g?

Czy zamawiający dopuści wagę bez pamięci ostatniego wyniku, podobną funkcję spełnia funkcja HOLD?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wagę niemowlęcą o dokładności od 5 do 10 g. Równocześnie, dopuszcza się wagę z funkcją HOLD.

#### **Pytanie dot. termometru**

Czy termometr elektroniczny ma być tradycyjny czy bezkontaktowy na podczerwień?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zawarcia w ofertach termometru bezkontaktowego.

#### **Pytanie dot. walizki z zestawem pierwszej pomocy**

Jakie ma być wyposażenie walizki?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga walizki z następującym wyposażeniem:

1. Opaska elastyczna 10cm x 4m (8 szt.)
2. Opaska elastyczna 8cm x 4m (8 szt.)
3. Bandaż dziany 10cm x 4m (6 szt.)
4. Bandaż dziany 4cm x 4m (6 szt.)
5. Opatrunek osobisty typu A (6 szt.)
6. Kompres gazowy 9 x 9cm (26 szt.)
7. Kompres gazowy 0,5m<sup>2</sup> (6 szt.)
8. Plaster z gazą 10x 6 cm (15 szt.)
9. Plaster z gazą 10 x 8cm (15 szt.)
10. Plaster z gazą 6cm x 1m (4 szt.)
11. Plaster na szpuli 1,25cm x 5m (3 szt.)
12. Plaster na szpuli 5cm x 5m (3 szt.)
13. Chusty trójkątne (6 szt.)
14. Opatrunek na oparzenia mały (2 szt.)
15. Opatrunek na oparzenia średni (2 szt.)
16. Opatrunek na oparzenia duży (1 szt.)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.



17. Siatka opatrunkowa nr 3 (3 szt.)
18. Siatka opatrunkowa nr 6 (3 szt.)
19. Agraftka (12 szt.)
20. Folia izotermiczna, tzw. „folia życia” (6 szt.)
21. Rękawiczki ambulatoryjne (12 par)
22. Pęseta anatomiczna 9cm (1 szt.)
23. Szyna Kramera 60 x 8cm (2 szt.)
24. Maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.)
25. Maska pierwszej pomocy (1 szt.)
26. Kołnierz ortopedyczny regulowany (1 szt.)
27. Płyn do odkażania rąk 100ml (2 szt.)
28. Chusteczki do dezynfekcji (20 szt.)
29. Zestaw do płukania oka (1 szt.)
30. Skład (1 szt.)

**Pytanie dot. lampy solarowej**

Lampa o mocy 150 W jest przeznaczana do użytku domowego, czy zamawiający wymaga lampy leczniczej sollux o mocy 375 W?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga lampy o mocy 375 W

**Pytanie dot. wózka inwalidzkiego**

Czy wózek może być wykonany ze stali?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wózek inwalidzki powinien być wykonany ze stali.

**Pytanie dot. tablicy do badania wzroku**

Czy tablica do badania ostrości wzroku ma być podświetlana?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tablica do badania ostrości wzroku powinna być podświetlana.

**Pytanie dot. wideoprintera**

Parametry które zamawiający podał odnośnie wideoprintera wskazują na wideoprinter czarnobiały. Czy zamawiający wymaga wideoprintera kolorowego czy czarnobiałego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wideoprintera czarnobiałego.



Miłoradz, 10 maja 2013 r.

L.dz. R.270.27.2013

## **Wszyscy wykonawcy uczestniczący w przetargu**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i instalację sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu (numer ogłoszenia: 65955 - 2013)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od wykonawcy. Zamawiający udziela odpowiedzi, jak niżej.

#### **Pytanie dot. wagi niemowlęcej**

Czy zamawiający nie popełnił omyłki odnośnie dokładności wagi. Standardowe wagi mają dokładność 5-10 g.

Czy zamawiający dopuści wagę niemowlęcą z dokładnością 10 g?

Czy zamawiający dopuści wagę bez pamięci ostatniego wyniku, podobną funkcję spełnia funkcja HOLD?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wagę niemowlęcą o dokładności od 5 do 10 g. Równocześnie, dopuszcza się wagę z funkcją HOLD.

#### **Pytanie dot. termometru**

Czy termometr elektroniczny ma być tradycyjny czy bezkontaktowy na podczerwień?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zawarcia w ofertach termometru bezkontaktowego.

#### **Pytanie dot. walizki z zestawem pierwszej pomocy**

Jakie ma być wyposażenie walizki?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga walizki z następującym wyposażeniem:

1. Opaska elastyczna 10cm x 4m (8 szt.)
2. Opaska elastyczna 8cm x 4m (8 szt.)
3. Bandaż dziany 10cm x 4m (6 szt.)
4. Bandaż dziany 4cm x 4m (6 szt.)
5. Opatrunek osobisty typu A (6 szt.)
6. Kompres gazowy 9 x 9cm (26 szt.)
7. Kompres gazowy 0,5m<sup>2</sup> (6 szt.)
8. Plaster z gazą 10x 6 cm (15 szt.)
9. Plaster z gazą 10 x 8cm (15 szt.)
10. Plaster z gazą 6cm x 1m (4 szt.)
11. Plaster na szpuli 1,25cm x 5m (3 szt.)
12. Plaster na szpuli 5cm x 5m (3 szt.)
13. Chusty trójkątne (6 szt.)
14. Opatrunek na oparzenia mały (2 szt.)
15. Opatrunek na oparzenia średni (2 szt.)
16. Opatrunek na oparzenia duży (1 szt.)

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.



17. Siatka opatrunkowa nr 3 (3 szt.)
18. Siatka opatrunkowa nr 6 (3 szt.)
19. Agraftka (12 szt.)
20. Folia izotermiczna, tzw. „folia życia” (6 szt.)
21. Rękawiczki ambulatoryjne (12 par)
22. Pęseta anatomiczna 9cm (1 szt.)
23. Szyna Kramera 60 x 8cm (2 szt.)
24. Maseczka do sztucznego oddychania (1 szt.)
25. Maska pierwszej pomocy (1 szt.)
26. Kołnierz ortopedyczny regulowany (1 szt.)
27. Płyn do odkażania rąk 100ml (2 szt.)
28. Chusteczki do dezynfekcji (20 szt.)
29. Zestaw do płukania oka (1 szt.)
30. Skład (1 szt.)

**Pytanie dot. lampy solarowej**

Lampa o mocy 150 W jest przeznaczana do użytku domowego, czy zamawiający wymaga lampy leczniczej sollux o mocy 375 W?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga lampy o mocy 375 W

**Pytanie dot. wózka inwalidzkiego**

Czy wózek może być wykonany ze stali?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Wózek inwalidzki powinien być wykonany ze stali.

**Pytanie dot. tablicy do badania wzroku**

Czy tablica do badania ostrości wzroku ma być podświetlana?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tablica do badania ostrości wzroku powinna być podświetlana.

**Pytanie dot. wideoprintera**

Parametry które zamawiający podał odnośnie wideoprintera wskazują na wideoprinter czarnobiały. Czy zamawiający wymaga wideoprintera kolorowego czy czarnobiałego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga wideoprintera czarnobiałego.