



Miłoradz, 23 maja 2013 r.

L.dz. R.270.31.2013

## **Wszyscy wykonawcy uczestniczący w przetargu**

### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i instalację sprzętu medycznego dla Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu (numer ogłoszenia: 82193 - 2013)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania od wykonawcy. Zamawiający udziela odpowiedzi, jak niżej.

#### **Pytanie dot. wagi niemowlęcej**

Czy zamawiający dopuści wagę niemowlęcia z dokładnością 10 g?

Czy zamawiający dopuści wagę bez pamięci ostatniego wyniku, podobną funkcję spełnia funkcja HOLD?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza wagę niemowlęcą o dokładności od 5 do 10 g. Równocześnie, dopuszcza się wagę z funkcją HOLD.

#### **Pytanie dot. termometru**

Czy termometr elektroniczny ma być tradycyjny czy bezkontaktowy na podczerwień?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga zawarcia w ofertach termometru bezkontaktowego.

#### **Pytanie dot. chłodziarki**

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę o pojemności 130 l?

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę z rusztem metalowym zamiast półek szklanych?

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę bez oświetlenia?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza chłodziarkę o pojemności 130 l, z metalowym rusztem bez podświetlenia.

Z poważaniem:

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a